

Hung Yên, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế

Bệnh viện đa khoa Phố Nổi đang xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, sinh phẩm y tế. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm nêu trên, Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị mời báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nổi
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Minh Đức Nhân viên khoa Dược, SĐT: 0919.192.938
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Phố Nổi, Địa chỉ: phường Bàn Yên Nhân - Thị Xã Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 19 tháng 5 năm 2024 (10 ngày)  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

### **II. Nội dung mời báo giá**

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Que thử tồn dư Clo	Để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu.	Que	600
2	Que thử độ cứng của nước	Dùng để kiểm tra độ cứng của nước	Que	600
3	Que thử nồng độ Peracetic Acid	Dùng để kiểm tra nồng độ hiệu dụng của Peracetic acid trong các chất khử trùng.	Que	900

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
4	Que thử tồn dư Peroxide	Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/ peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước. Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm	Que	2.800

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: KD, Tổ tư vấn MS

**GIÁM ĐỐC**



**Phạm Đăng Quế**

