

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư y tế

Bệnh viện đa khoa Phố Nội đang xây dựng kế hoạch mua sắm một số vật tư y tế. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm, Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá và cung cấp thông tin Hợp đồng tương tự gần nhất trong vòng 12 tháng trở lại đây theo Quyết định trúng thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế (có Quyết định kèm theo), với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị mời báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nội
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Vũ Chí Kiên - Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế; Số điện thoại: 0975 575 266.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về phòng Vật tư - TTBYT, Bệnh viện đa khoa Phố Nội, Địa chỉ: phường Bần Yên Nhân; thị Xã Mỹ Hào; tỉnh Hưng Yên.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 21 tháng 6 năm 2024 (giờ hành chính).
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024

II. Nội dung mời báo giá

Theo Phụ lục chi tiết đính kèm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VT- TBYT, Tổ tư vấn MS

GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
ĐA KHOA
PHỐ NỘI
Phạm Đăng Quế

PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MỜI BẢO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/6/2024 của Bệnh viện Đa Khoa Phố Nối)

STT	Tên hàng hóa	Thông số Kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Găng tay khám bệnh có bột	Găng tay được sản xuất bằng cao su tự nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da. Mềm mại, đàn hồi tốt. Chiều dài 240mm. Độ dẫn dài trước/sau lão hóa tối thiểu: 650%/500%. Lực kéo tối thiểu: trước/sau lão hóa tối thiểu: 7,0N/6,0N. Lượng bột ≤ 10mg/dm ² . Hàm lượng protein ≤ 200 µg/g Các cỡ: XS, S, M Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 20216	Đôi	280,000
2	Găng tay phẫu thuật	Làm từ cao su tự nhiên. Chiều dài: 280mm Hàm lượng bột: 10mg/dm ² Hàm lượng protein: 200µg/dm ² Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min Sau lão hóa: 18Mpa min Các cỡ từ 6.0 đến 8.0 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016	Đôi	32,000
3	Ống chống đông EDTA	Thân ống được làm bằng chất liệu nhựa PP kích thước 12mmx75mm, dung tích 5ml, nắp nhựa Sản phẩm được phun hóa chất chống đông K2/K3 – EDTA bám đều trên thành trong của ống nghiệm, chống đông cho máu trong khoảng từ 6-8 giờ ở điều kiện nhiệt độ phòng. Tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	48,000
4	Ống nghiệm Heparin chân không	Thân ống được làm bằng chất liệu nhựa PET kích thước 13mmx75mm, dung tích ≤5ml, nắp cao su bọc nhựa, lấy máu bằng áp lực âm, thích hợp dùng cho các máy xét nghiệm tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016	Cái	70,000



5	Ông chống đông Natricitrat chân không	Thân ống được làm bằng chất liệu nhựa PP kích thước 13mmx75mm, dung tích 5ml, nắp cao su bọc nhựa, lấy máu bằng áp lực âm. Sản phẩm được phun hóa chất chống đông Sodium citrate 3,8%. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016	Cái	20,000
6	Ông nghiệm nhựa	Ông nghiệm nhựa tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16mmx100mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong.	Ông	18,000
7	Lọ đựng vô trùng	Lọ nhựa trong suốt đựng mẫu tiết trùng, lọ 60ml, nắp đỏ, có nhãn	Lọ	1,800
8	Điện cực tim	Vật liệu làm nền điện cực có khả năng kháng nước, vật liệu bằng Ag/AgCl; Nền Gel dính keo dẫn điện an toàn, có độ dính thích hợp; Kích thước 35mm x 22mm hoặc các kích thước phù hợp với cả người lớn/hi khoa/sơ sinh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016	Cái	8,000
9	Bao camera nội soi	gồm 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; Tiết trùng bằng khí EO	Cái	1,000
10	Bao cao su	Sản xuất từ cao su thiên nhiên có độ co giãn tốt, màu sắc tự nhiên. Vô trùng	Cái	1,400
11	Gel siêu âm	Gel siêu âm phù hợp tần số siêu âm đang sử dụng.	Lít	500
12	Giấy siêu âm	Cuộn kích thước rộng 110mm x dài 20 m. Số lượng in: 215 bản in. Sử dụng được cho máy siêu âm Sony.	Cuộn	500
13	Giấy monitor sản khoa 152mm x30m	Giấy dùng cho máy monitor sản khoa. Kích thước: 152mm x30m x16mm.	Cuộn	75
14	Giấy điện tim 3 cần	Sử dụng cho các loại máy điện tim 3 cần 63mm x 30m x 16mm(±1mm)	Cuộn	360
15	Lam kính mài	Lam mài. Kích thước: 25.4mmx76.2mm, dày 1.2mm. Hộp 72 lá	Hộp	500

