

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế

Bệnh viện đa khoa Phố Nội đang xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa nêu trên, Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Văn Khánh, Nhân viên phòng Vật Tư- TBYT, SĐT: 0966506555

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư -TTBYT, Bệnh viện Đa khoa Phố Nội, Địa chỉ: phường Bần Yên Nhân; Thị Xã Mỹ Hào; Tỉnh Hưng Yên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19 tháng 09 năm 2024 đến ngày 29 tháng 09 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung mời báo giá

STT	Tên Danh Mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm thực hiện	Thời gian dự kiến
I	Sửa chữa đèn chiếu vàng da	Sử dụng điện áp 220V công suất 40W	Máy	03	Bệnh viện đa khoa Phố Nội	15 ngày
1	Thay thế bóng đèn chiếu vàng da		Cái	15		
II	Sửa chữa đèn hồng ngoại	Sử dụng điện áp 220V công suất 250W	Máy	04	Bệnh viện đa khoa Phố Nội	15 ngày
1	Thay thế bóng đèn và đui đèn		Cái	04		
III	Sửa chữa đèn đặt nội khí quản	Sử dụng điện áp 3V công suất 3W	Bộ	02	Bệnh viện đa khoa Phố Nội	15 ngày
1	Thay thế bóng đèn, lưỡi đèn		Cái	02		
IV	Sửa chữa huyết áp cơ	Hệ thống dẫn khí và quả bóp chất liệu bằng cao su,	Bộ	10	Bệnh viện đa khoa Phố Nội	15 ngày
1	Thay thế bao quần, quả bóp		Bộ	10		



	tay, val 1 chiều	vòng bit quần tay chất liệu bằng vải.		
V	Sửa chữa máy đo điện não	Mũ chụp làm bằng cao su các điện cực làm bằng nhựa ABS trên đầu có gắn điện cực dẫn điện, dây dài khoảng 1m	Máy	01
1	Thay thế mũ chụp, dây và điện cực máy điện não		Bộ	01
VI	Sửa chữa xe đạp tập	Gia công các mối hàn chắc chắn không bong tróc	Cái	02
1	Sửa chữa trục khuỷu, dây culoa		Cái	02
VII	Sửa chữa ghế tập khớp gối	Gia công các mối hàn chắc chắn không bong tróc	Cái	02
1	Gia công trục khuỷu các khớp, góc gập		Cái	02
VIII	Sửa chữa bộ giảm áp oxy	Chất liệu đồng thau, kết nối 5G/8, tốc độ dòng chảy từ 1 đến 15 l/p, áp xuất đầu ra 0.2 đến 0.3 mPa	Bộ	08
1	Thay thế đồng hồ giảm áp oxy		Cái	08
IX	Sửa chữa máy điện châm	Sử dụng điện áp 220V điện áp cho ra là 9V	Máy	10
1	Sửa chữa bộ nguồn		Chiếc	10
X	Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân	Vòng bit quần tay chất liệu bằng vải.	Máy	01
1	Thay thế bao đo huyết áp		Cái	01
XI	Sửa chữa máy sấy đồ vải Girbau	Sử dụng điện áp 3 pha công suất 3,5kW	Máy	01
1	Thay thế kháng đốt 3pha		Chiếc	09

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT- TBYT, Tổ tư vấn MS

GIÁM ĐỐC



Phạm Đăng Quế