

Hung Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2024

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh sửa chữa, thay thế thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Phố Nội đang xây dựng kế hoạch sửa chữa, thay thế trang thiết bị. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa nêu trên, Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nội
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Văn Thu Nhân viên phòng Vật Tư- TBYT, SĐT:...0972.408.842
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư –TTBYT, Bệnh viện Đa khoa Phố Nội, Địa chỉ: phường Bản Yên Nhân; Thị Xã Mỹ Hào; Tỉnh Hưng Yên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 10 tháng 10 năm 2024 đến ngày 20 tháng 10 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2024

### II. Nội dung mời báo giá

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	SL	ĐV	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện
I	Huyết áp cơ	Chi số đo HA 300 mmhg	01	Bộ	Bệnh viện đa khoa phố nội	20 ngày
1	Thay thế quả bóng bóp huyết áp		01	Cái		
2	Thay thế bao đo huyết áp		01	cái		
II	Bơm tiêm điện Te-ss700 Hãng SX; Terumo	Điện áp vào 220 vôn	01	cái		
1	Sửa chữa mạch điều khiển nguồn của bơm tiêm điện		01	Cái		

III	<b>Máy điện tim 3 cần</b> <b>Hãng SX: Nihonkohden</b>	Điện áp vào 220 vôn	01	Máy		
1	Sửa chữa mạch đọc tín hiệu nhịp tim của máy điện tim					
IV	<b>Máy monitor theo dõi bệnh nhân (máy số 6)</b> <b>Hãng SX : Nihon kohden</b>	Điện áp vào 220 vôn, tần số 50HZ	01	Máy		
1	Sửa chữa màn hình máy monitor theo dõi bệnh nhân					
V	<b>Máy monitor theo dõi bệnh nhân (máy số 5)</b> <b>Hãng SX : USA</b>	Điện áp vào 220 vôn	01	Máy		
1	Sửa chữa mạch đo huyết áp máy monitor theo dõi bệnh nhân		01	Cái		
2	Sửa chữa mạch đo Spo2 máy monitor theo dõi bệnh nhân		01	Cái		
VI	Khoan điện		02	cái		
1	Sửa chữa khoan điện	Điện áp vào 220 vôn	02	cái		
VII	<b>Giường điện điều khiển</b>	Điện áp vào 220 vôn	02	Cái		
1	Sửa chữa mạch điều khiển giường điện					
VIII	<b>Bóng đèn cực tím</b>	Điện áp vào 220 vôn	15	Bộ		
1	Thay thế bóng đèn cực tím		15	Cái		
2	Sửa chữa nguồn 220 vôn đèn cực tím		12	Cái		

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT

**GIÁM ĐỐC**

