

THƯ MỜI BÁO GIÁ
V/v sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị y tế

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh sửa chữa thiết bị y tế
Bệnh viện đa khoa Phố Nổi đang xây dựng kế hoạch sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị y tế. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa nêu trên, Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nổi
- Cách thức tiếp nhận báo giá qua Gmail: totuvanbvdkphonoi@gmail.com hoặc qua văn thư, Bệnh viện Đa khoa Phố Nổi, Địa chỉ: Đường Vũ Văn Cẩn, Phường Mỹ Hào; Tỉnh Hưng Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Văn Khánh Nhân viên phòng Vật Tư-TBYT, SĐT: 0966 506 555
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02 tháng 4 năm 2026, đến ngày 11 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung mời báo giá

| STT | Tên thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | SL | Địa điểm thực hiện | Thời gian thực hiện |
|-----------|---|--|-------|----|---------------------------|---------------------|
| I | Sửa chữa máy điện châm Model: KWD 808i Hãng/Nước SX: Multi/ Trung quốc | Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với máy | Máy | 20 | Bệnh viện đa khoa Phố Nổi | 15 ngày |
| 1 | - Sửa chữa mạch nguồn. (thực hiện thay thế các linh kiện điện tử cho mạch nguồn 220V) | | Chiếc | 20 | | |
| II | Sửa chữa ấm sắc thuốc sứ Hãng/Nước SX: Bennix/ | Vật tư sửa chữa đảm bảo tính | Máy | 20 | | |



| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------------|-----------|--|--|
| | Việt Nam | tương thích với máy | | | | |
| 1 | - Sửa chữa mạch nguồn. (thực hiện thay thế các linh kiện điện tử cho mạch nguồn 220V) | | Chiếc | 20 | | |
| III | Sửa chữa đèn hồng ngoại Model: TNE 170 Hãng/Nước SX: TNE/ Việt nam | Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với máy | Máy | 08 | | |
| 1 | - Sửa chữa mạch nguồn. (thực hiện thay thế các linh kiện điện tử cho mạch nguồn 220V) | | Chiếc | 80 | | |
| | - Thay thế bóng đèn hồng ngoại 250W | | Chiếc | 08 | | |
| IV | Thay thế bộ đo huyết áp Hãng/Nước SX: ALPK2/ Nhật Bản | | Bộ | 01 | | |
| V | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải Model: Hãng/Nước SX: kobotar/ Nhật bản | Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với máy | Hệ thống | 01 | | |
| 1 | - Sửa chữa tủ điện 20KVA (Thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện cho các boar mạch chuyển đổi. Quán lại các quận điện cao cấp, hạ áp tương thích với điện áp đầu ra 3 pha 380V) | | Cái | 01 | | |
| 2 | - Sửa chữa mạch chống cạn, chống tràn (thực hiện thay thế các linh kiện điện tử cho mạch chống cạn, chống tràn) | | Cái | 01 | | |
| VI | Sửa chữa Hệ thống sản xuất nước RO tinh khiết dùng cho máy lọc thận Model: TB/TLM-RO2000 Hãng/Nước SX: Việt Nam | Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với máy | HT | 01 | | |

N
A
01

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--------------|-----------|--|--|
| 1 | - Thay thế bộ đèn UV diệt khuẩn VH 410/2 | | Cái | 01 | | |
| 2 | - Thay thế bóng đèn UV diệt khuẩn bồn chứa nước thành phẩm | | Cái | 02 | | |
| VII | Sửa chữa máy Monitor theo dõi bệnh nhân Model: BM7 Hãng/Nước SX: Bionet/ Hàn quốc | Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với máy | Máy | 01 | | |
| 1 | - Sửa chữa Boar mạch chuyển đổi điện áp. (thực hiện thay thế các linh kiện điện tử, cân chỉnh các thông số điện áp đầu ra) | | Cái | 01 | | |
| VIII | Sửa chữa xe đạp tập cho bệnh nhân Hãng/Nước SX: Việt nam | Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với máy | Chiếc | 02 | | |
| 1 | - Thực hiện sửa chữa, thay thế các vật tư, linh kiện, phụ kiện.(bánh tỳ, dây xích, phanh điều chỉnh bánh tỳ....) | | Chiếc | 02 | | |
| IX | Sửa chữa Hệ thống máy X-quang tổng quát Model: Hãng/Nước SX: Athemvavis/ Mỹ | Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với máy | HT | 01 | | |
| 1 | - Thay thế bộ liều kế bức xạ | | Chiếc | 05 | | |

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,HS

GIÁM ĐỐC



Phạm Đăng Quế

HUNG
YÊN